
CIRCULAR nº.1

COMPRA PRIVADA FFM 459/2018

QUESTIONAMENTO – PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1329/2018

1. Na Minuta de contrato na **cláusula nona item I** os senhores informam que a “contratada terá que substituir os equipamentos defeituosos por outro com a mesma característica durante a execução do serviço”. Preciso que essa cláusula seja excluída ou alterada tendo em vista que se o equipamento não apresentar condição de manutenção será condenado e enviado um laudo com o motivo da condenação. e que a substituição deste deverá ser feita pela contratante.
- R. Será feito a alteração na minuta e iremos publica-la alterada no site.

São Paulo, 4 de Maio de 2018

Fundação Faculdade de Medicina