

## COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 461/18

### CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS Nº 4975/2018

#### CIRCULAR Nº 01

Prezados Concorrentes,

Segue abaixo dúvidas e respostas, ref. Aquisição do ULTRASSON PORTÁTIL.

#### Questionamento:

**2.2.1. O equipamento deve possuir no mínimo 03 (três) portas ativas para transdutores.** As três portas ativas para transdutores podem estar disponíveis no pedestal ofertado? Como foi solicitado modelo portátil o mesmo possui apenas uma porta ativa, com opção de três transdutores no pedestal.

**Avaliação Engenharia Clínica:** Serão aceitas as 03 portas no pedestal.

#### Questionamento:

**4.1.1.5. 3D Doppler:** Retirar. Item restritivo.

**Avaliação Engenharia Clínica:** Serão aceitas as propostas sem apresentação do item. Tecnicamente esse item não tem caráter eliminatório, apenas classificatório.

#### Questionamento:

**8.2.2. DICOM Modality Performance Procedure Step;**

**8.2.4. DICOM Storage Commitment;**

**8.2.5. DICOM Query and Retrieve;**

**8.2.9. DICOM SR (Comprehensive Structured Reporting);**

**8.2.10. DICOM SR (Enhanced Structured Reporting).**

Solicitamos a retirada dos itens descritos acima visando equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias.

**Avaliação Engenharia Clínica:** Serão aceitas as propostas sem apresentação dos itens. Tecnicamente esse item não tem caráter eliminatório, apenas classificatório.

#### Questionamento:

**13.1. Onde se lê: Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores. Alterar para: Software de harmônica de tecido ou pulso invertido compatível com todos os transdutores.**

Justificativa: Solicitamos a alteração visando aumentar o número de participantes do pleito.

**Avaliação Engenharia Clínica:** Serão aceitos os recursos propostos discutidos nesse tópico.

**13.5. Software para avaliação de imagens utilizando harmônica de contraste.**

Solicitação: Retirar. Item restritivo.

**Avaliação Engenharia Clínica:** Serão aceitas as propostas sem apresentação do item. Tecnicamente esse item não tem caráter eliminatório, apenas classificatório.

**14.2. Onde se lê: Bivolt 127/220V automático, sem necessidade de ajustes manuais, com cabo de alimentação com plugue padrão ABNT NBR14136; Alterar para: Bivolt 127/220V automático ou manual com cabo de alimentação com plugue padrão ABNT NBR14136.**

Justificativa: A alteração permitirá que cada empresa ofereça solução compatível a seu equipamento.

**Avaliação Engenharia Clínica:** A característica Bivolt 127/220V automático, será mantida. A característica visa maior segurança, eliminando a necessidade de chaveamento, a conclusão é resultado de análise crítica de situações já vivenciadas em nosso parque instalado.

**Questionamento:**

**O edital solicita que o fornecedor apresente:**

**15.3. Manual de serviço com todos os diagramas construtivos e esquemas elétricos e funcionais e relação de peças dos equipamentos ofertados.** Em vista do edital não especificar o nível de detalhamento técnico dos diagramas e da relação de peças, devemos entender que no Manual de serviço, os diagramas construtivos e esquemas elétricos e funcionais devam ser apresentados a nível de módulo? Bem como, dispor da relação das principais peças e/ou componentes dos equipamentos ofertados?

**Avaliação Engenharia Clínica:** Será aceito o Manual de Serviço e demais detalhamentos a níveis de módulo.

**Foram respondidos todos os questionamentos, informamos também que todos os demais itens da Especificação Técnica necessitam ser atendidos.**