

CIRCULAR 3

Questionamento

1- Solicito a informação se as calibrações dos Esfigmomanômetros/Ap. de Pressão devem ser feitas IN LOCO ou se podemos retirar para fazer na empresa?

R. Todos os equipamentos mencionados no edital deverão ter suas calibrações realizadas dentro do ICESP, nada será feito externo.

2- Gostaria de um esclarecimento sobre a CIRCULAR em anexo no antigo pregão o critério de Julgamento era MENOR PREÇO GLOBAL, permanece esse critério de julgamento ou com as divisões dos itens passa-se a ser MENOR PREÇO POR LOTE ?

R. Menor preço global por lote.

São Paulo, 22 de Novembro, 2019