

**CIRCULAR N° 03**  
**QUESTIONAMENTO TÉCNICO**  
**COMPRA PRIVADA FFM 489/2018**

**CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC N° 5063/2018**  
**AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE CONFIGURAÇÃO AVANÇADA**

- **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

Quanto ao item EC0305 Monitores Multiparamétrico Configuração Avançada tópico “2.6.7. Com avaliação dinâmica da volemia (variação da pressão de pulso)” nosso produto possui a ferramenta cursor que permite a medição dos picos máximos e mínimos da curva da pressão invasiva, dados estes que são necessário para a avaliação da volemia. Desta maneira solicitamos o de acordo do estimado órgão quanto ao atendimento e participação do certame.

- **ESCLARECIMENTO:**

A ferramenta cursor permite a medição de valores máximos e mínimos da pressão invasiva, não permitindo cálculo automático da variação da pressão de pulso, necessitando que o médico realize o cálculo manualmente.

A Engenharia Clínica entende que o equipamento não atende ao requisito 2.6.7 solicitado na especificação técnica.

- **CONCLUSÃO**

O referente edital solicita características mínimas para que sirvam de referencias aos fabricantes para que possam ofertar produtos com capacidades iguais, superiores e/ou com itens opcionais para os descritivos apresentados na especificação técnica. Portanto,

quaisquer empresas podem claramente ofertar produtos similares desde que não sejam inferiores ou descaracterize as funcionalidades básicas da tecnologia, conforme solicitação do edital. Sendo assim, a empresa pode ofertar qualquer modelo de equipamento, desde que atenda a especificação inicial em sua devida aplicação.

São Paulo, 11 de julho de 2018.

Fundação Faculdade de Medicina