

CIRCULAR nº 02

COMPRA PRIVADA ICESP 815/2019

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 5346/2019

Questionamento Técnico

1 - Onde se lê: O equipamento deve possuir HD com capacidade não inferior a 160 GB ou memória SSD.

→ **Alterar para:** O equipamento deve possuir HD com capacidade não inferior a 128 GB ou memória SSD.

Resposta:

Alteramos memorial Descritivo, conforme abaixo.

O equipamento deve possuir HD ou memória SSD com capacidade superior a 160 GB."

32GB (160GB - 128GB) a menos, como colocado pela Canon, é ruim pois perderemos cerca de 16.000 imagens (32GB/2MB) de US de armazenamento no equipamento. Vale salientar que o equipamento é portátil logo queremos ter autonomia... É como uma máquina fotográfica que levamos para uma viagem. Quanto maior a capacidade de armazenamento menos preocupação.

São Paulo, 30 de maio de 2019

Fundação Faculdade de Medicina