

CIRCULAR nº 01

COMPRA PRIVADA ICESP 811/2019

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 5346/2019

Questionamento Técnico

1 - Qual o prazo de entrega exigido para o objeto?

R: O fornecedor deverá informar seu prazo de entrega, considerando o menor prazo possível.

2 - Informamos ainda que vislumbrando um aspecto prático mais realista, gostaríamos que o prazo de entrega do edital fosse alterado para no MÍNIMO 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

R: O fornecedor deverá informar seu prazo de entrega, considerando o menor prazo possível.

3 - Diante do exposto, gostaríamos de saber se podemos participar deste processo com as condições apresentadas.

R: O fornecedor deverá informar seu prazo de entrega, considerando o menor prazo possível.

4 - Esperamos que seja acolhida tempestivamente o presente esclarecimento para que seja reformulado o edital.

R: Não há necessidade de reformulação.

5 - No Edital não consta Penalidades/Sanções.

R: Não há Penalidades/Sanções.

6 - Onde se lê: Pacote de quantificação cardiológica 3D em modo avançado, incluindo medidas de distância, cálculo de área e volume e imagens bidirecionais **derivadas da aquisição tridimensional.**

→ É necessário 3D cardíaco nesta composição.

Justificativa: caso não seja necessário, solicitamos que seja retirado, pois encarece o produto e limita a ampla concorrência.

R: Toda a especificação foi delimitada para atender aos requisitos mínimos exigidos para a utilização e fechado após um refinamento, considerando a aplicação e a qualidade esperada para o estudo do projeto, portanto o item 11.4 da especificação técnica não será retirado e deverá ser cotado pela empresa.

7 - Tanto o item A.4.1. quanto o item a.6. pedem ” valor de um contrato de manutenção com peças inclusas, incluindo transdutores e peças internas”

O item A.4.1. – Valor anual, por equipamento, de um contrato de manutenção com peças inclusas, incluindo transdutores e peças internas e up-time medido semestralmente não inferior à 95%;

R: A empresa deverá fornecer uma proposta de um contrato de manutenção com peças inclusas, incluindo transdutores e peças internas e garantir um up-time que deverá ser medido semestralmente e não poderá ser inferior à 95% de disponibilidade;

A diferença, que pedimos esclarecer entre as 2 especificações, é que o item A.4.1. acrescenta “e up-time medido semestralmente não inferior a 95%”

R: Referente aos itens A.6 Anexar à proposta uma lista dos insumos utilizados por este equipamento e seus valores unitários, bem como o valor de um contrato de manutenção com peças inclusas, incluindo transdutores e peças internas:
Trata-se da mesma solicitação do item A.4.1.

São Paulo, 29 de maio de 2019

Fundação Faculdade de Medicina