

CIRCULAR nº 02

COMPRA PRIVADA ICESP 1782/2021

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 6532/2021

Questionamento Técnico

1ª Questionamento:

Recebemos a solicitação de cotação para o processo Edital 1801/2022, porém gostaríamos de solicitar esclarecimento referente ao descritivo do SENSOR, onde menciona Sensor BIS quatro descartável, e suas medidas desta forma está direcionando para uma única empresa.

Gostaríamos que revejam o descritivo do sensor de profundidade anestésica para que desta forma, permita uma ampla participação de outras empresas.

Eletrodos adesivos que permite acompanhar padrões do EEG , em pacientes submetidos à anestesia ou sedação. Desta forma não traz direcionamento para uma única empresa.

Descritivo Sensor no edital

SENSOR PARA MONITORAMENTO DE NOCICEPÇÃO - SENSOR BIS QUATRO DESCARTAVEL 27,9 - 2,8CM - ELETRODO AG-AGCI, IMPRESSOS EM UM SUBSTRATO DE POLIESTER C/FORRO DE ESPUMA ADESIVA, TAMANHO 27,9 X 2,8CM. EMBALAGEM CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, N.º DE LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

Resposta: realizamos a correção do descritivo técnico para:

Item	Descrição
1	"SENSOR PARA MONITORAMENTO DE NOCICEPÇÃO E CONSCIÊNCIA, COMPOSTO POR ELETRODO(S) ADESIVO(S), DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM CONECTOR NA EXTREMIDADE COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MESMA MARCA. CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, N.º DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE."

São Paulo, 20 de janeiro de 2022

Fundação Faculdade de Medicina