

CIRCULAR Nº 02
DÚVIDAS TÉCNICAS
COMPRA REGULAMENTO FFM 2829/2024
CONTRATAÇÃO DIRETA-PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2095/2024

Pergunta:

1. Qual a capacidade de cada balança?

Resposta:

Descrição	Modelo	Marca	Qtde.	Serviço de Calibração	Capacidade
Balança antropométrica	W-200/100 – W-200/5	Welmy	2	Massa	200 kg
Balança antropométrica	2096 PP	Toledo	54	Massa	200kg
Balança antropométrica obeso	W-300	Welmy	1	Massa	300 kg
Balança eletrônica	9094 C1	Toledo	4	Massa	15kg
Balança eletrônica	9094 C/4	Toledo	3	Massa	15kg
Balança eletrônica	9094 C/5	Toledo	1	Massa	15kg
Balança eletrônica Industrial 500kg	2003/29-2180	Toledo	3	Massa	500kg
Balança eletrônica portátil	P 200M	Líder	9	Massa	200kg
Balança eletrônica portátil	B-530	Líder	1	Massa	200kg
Balança eletrônica portátil	BK-200FM	Balmak	1	Massa	200kg
Balança eletrônica portátil	Diversos	Filizola	3	Massa	30kg
Balança eletrônica portátil	B-6000	Micronal	1	Massa	6 kg
Balança analítica	Diversos	Diversos	3	Massa	200g - 300g
Balança de precisão	Diversos	Diversos	8	Massa	1 kg
Balança Semi analítica	Diversos	Diversos	5	Massa	3kg

São Paulo, 13 de janeiro de 2025.

Fundação Faculdade de Medicina