

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 3674/2026

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC 9203/2026

CIRCULAR Nº 01

DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 10 de setembro de 2026.

Prezados segue para ciência, **Circular 01**, referente a **fornecimento de Materiais Médicos com comodato de equipamentos** - ICESSP (Instituto do Tratamento de Câncer do Estado de São Paulo).

Seguem abaixo segue duvidas técnicas e suas respectivas respostas em vermelho:

1. Descrição da Bomba de Quimioterapia (QT) - No item EC1366 – Bomba de Infusão Ambulatorial para Quimioterapia, o descritivo consta com especificações para analgesia/dor (como modo PCA, lockout, bolus pelo paciente e ciclo de dose). Como o equipamento é voltado para quimioterapia, entendo que o correto seria exigir apenas as modalidades de infusão contínua e intermitente, visto que PCA e lockout não se aplicam a este tipo de tratamento. Poderia confirmar, por favor?

Resposta ICESSP:

Houve um equívoco em não relatar PCA como opcional, assim sendo retificamos que, para o tópico 2,5 da EC 1366 – Bomba de Infusão Ambulatorial para Quimioterapia, o recurso PCA (Patient-Controlled Analgesia), lockout e botão de bolus pelo paciente – não exigidos.

2. Insumos (Item 2)- Sobre a exigência do dispositivo perfurante para transferência da solução, o nosso equipo já possui esse item acoplado. Gostaria de saber se esta configuração atende ao solicitado.

Resposta ICESSP:

Não é necessário o item 72827 - DISPOSITIVO PERFURANTE P/TRANSFERÊNCIA DA SOLUÇÃO (PCA E QT), porque o mesmo já está acoplado ao EQUIPO P/ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO (72034). Portanto deverá ser solicitado somente o item 72034 .