
COMPRA PRIVADA FFM 2495/2024

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC N° 7597/2024

CNPJ N° 56.577.059/0006-06

CIRCULAR 1 – PERGUNTAS E RESPOSTAS

**1. PERGUNTA:
DO OBJETO
02 – VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL.**

Pergunta:

1. Para o trecho “Câmera com Resolução mínima de: 1280 x 720 pixels”, considerando que o descritivo técnico solicita tela LCD com resolução de 640 x 480 pixels, é válido esclarecer que câmeras com resoluções superiores à resolução da tela não trazem vantagem na visualização, tendo em vista que o display tem o limite de 640 x 480 pixels. Nesse contexto, questionamos se serão aceitos Videolaringoscópio com câmeras que possuem resolução de 640 x 480 pixels?

RESPOSTA:

Apenas poderão participar cumprindo minimamente o exigido.

**FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
22 de fevereiro de 2024**