

## COMPRA PRIVADA FFM/ITACI 2714/2024

### CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ITACI RC 7946/2024

#### CIRCULAR Nº 02

#### DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 18 de setembro de 2024.

Prezados segue para ciência, **Circular 02**, referente a fornecimento de SISTEMA RADIOLOGIA DIGITAL DR – INSTITUTO DE TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL (ITACI), situado à Av. GALENO DE ALMEIDA Nº 148, PINHEIROS – São Paulo/SP.

#### Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:

##### **Questionamento 1: Solicita o edital:**

**Onde se lê:** 2.13. Tempo de autonomia da bateria em uso: mínimo de 5 horas;

**Alterar para:** 2.13. Tempo de autonomia da bateria em uso: mínimo de 4 horas;

**Esclarecimento:** A solução ofertada pela Canon Medical é acompanhada de 1 carregador de bateria com capacidade de carregar duas baterias por vez. Solicitamos a alteração acima, pois enquanto uma bateria está sendo utilizada, a outra está sendo carregada simultaneamente, com 100% do seu carregamento em 150 minutos, não correndo riscos de parada por falta de bateria e sem lesar de forma alguma ao que foi requisitado pelo Órgão.

**Resposta da Engenharia Clínica (ICESP):** A área assistencial entende não haver impacto significativo, assim sendo não haverá exclusão de fornecedores que propuserem autonomia de bateria em uso de no mínimo 4 horas.

##### **Questionamento 2: Solicita o edital:**

**Onde se lê:** 7.2. Software de operação em português;

**Alterar para:** 7.2. Software de operação em português ou em inglês;

**Esclarecimento:** O software que acompanha o equipamento possui todas as funções solicitadas, até mesmo inclusa a função *Stitching*. No dia da aplicação, o Application dedicado da Canon já deixará todas as funções pré-programadas pedidas pelo Órgão, além de ajudar no uso de todas as funcionalidades. Não só isso, na manipulação das imagens durante o pós-processamento, o operador consegue livremente realizar anotações em português, de forma que o idioma não se torna um impeditivo para a utilização do sistema. Dessa maneira, sugerimos a nova redação, que além de ampliar

a competitividade, delimita a performance mínima do sistema. Além disso, a manutenção dos itens acima limitará a participação de várias empresas, ferindo a isonomia do processo.

**Resposta da Engenharia Clínica (ICESP):** A área assistencial entende que o idioma gera impactos significativos durante a operação, uma vez que funções importantes poderão ser mal compreendidas e causar risco durante a operação.