

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2197/2023**

**CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC 7062/2023**

**CIRCULAR Nº 02 – Dúvidas Técnicas**

**São Paulo, 29 de março de 2023.**

Prezados segue para ciência, **Circular 02**, referente ao processo de Contratação de empresa especializada em fornecimento de **“Material Médico + Comodato de Equipamento”** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

**Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:**

A) A taxa máxima de ultrafiltração pode ser de 990 ml/hora?

**R: Sim, a taxa pode ser de 990 990 ml/hora**

B) A faixa de pressão arterial pode ser de no mínimo -300?

**R: Sim, a faixa pode ser de no mínimo -300.**