



**COMPRA REGULAMENTO FFM 3322/2025
CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 8837/2025
CNPJ Nº 56.577.059/0006-06**

CIRCULAR N° 02

DÚVIDAS E RESPOSTAS

São Paulo, 09 de janeiro de 2026.

Prezados, segue para ciênciia **Circular 02**, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de "**MACA DE TRANSPORTE HOSPITALAR + SUPORTE DE OXIGÊNIO CILINDRO**".

Questionamento 1:

1. Articulação Fowler

O edital estabelece como requisito "Articulação Fowler de 0º a 90º". Diante disso, solicitamos esclarecer se será aceita articulação Fowler conforme padrão adotado pela fabricante Vallitech, cujo sistema possui articulação do dorso com variação de 0º a 60º, atendendo à finalidade clínica de posicionamento do paciente em Fowler, ainda que não alcance o ângulo máximo de 90º, mantendo segurança, ergonomia e funcionalidade assistencial.

2. Sistema de manoplas rebatíveis

O desritivo menciona a exigência de "Sistema duplo de manoplas rebatíveis para manejo da maca". Assim, solicitamos confirmar se será aceito o sistema de empurreadores anatômicos fixos, posicionado na cabeceira da maca possibilitando condução segura, eficiente e ergonômica do equipamento, atendendo plenamente à função operacional prevista, ainda que não utilize manoplas rebatíveis.

RESPOSTA DA ENGENHARIA PREDIAL: Seguir de acordo com a especificação técnica, que informa até 90º a articulação Fowler e a manoplas de condução com sistema duplo rebatíveis para manejo da maca.