

**COMPRA REGULAMENTO FFM 3322/2025
CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 8837/2025
CNPJ Nº 56.577.059/0006-06**

CIRCULAR Nº 03

ERRATA - RETIFICAÇÃO

São Paulo, 09 de janeiro de 2026.

Prezados, segue para ciência ***Circular 03***, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de **"MACA DE TRANSPORTE HOSPITALAR + SUPORTE DE OXIGÊNIO CILINDRO"**.

Esclarecimento

No curso da análise e revisão do item questionado pela proponente, foi identificada a ocorrência de **erro material de digitação** no trecho relativo às **grades de proteção**. Diante do exposto, e com o objetivo de assegurar a adequada compreensão e a plena conformidade das informações prestadas, apresentamos, na sequência, a **errata correspondente**, a qual substitui integralmente o conteúdo anteriormente consignado:

Onde se lê:

“Estrutura confeccionada em aço inox ou níquel-cromo, acabamento em material plástico na parte superior, com altura acima da plataforma de repouso de **no mínimo 54 cm**, sendo um comprimento total da grade de **no mínimo 210 cm**, serão aceitas variações de +/- 5%.”

Leia-se:

“Estrutura confeccionada em aço inox ou níquel-cromo, acabamento em material plástico na parte superior, com altura acima da plataforma de repouso de **no mínimo 35 cm**, sendo um comprimento total da grade de **no mínimo 119 cm**, serão aceitas variações de +/- 5%.”

As demais características técnicas e condições estabelecidas permanecem inalteradas.