

COMPRA PRIVADA FFM/ITACI 2714/2024

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ITACI RC 7946/2024

CIRCULAR Nº 04

DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 20 de setembro de 2024.

Prezados segue para ciência, **Circular 04**, referente a fornecimento de SISTEMA RADIOLOGIA DIGITAL DR – INSTITUTO DE TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTIL (ITACI), situado à Av. GALENO DE ALMEIDA Nº 148, PINHEIROS – São Paulo/SP.

Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:

EXIGE-SE:

“...Limite de peso para carga uniforme: mínimo de 300 kg;...”

ESCLARECIMENTO:

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente ao limite de peso exigido no descritivo. O edital solicita limite de peso para carga uniforme de 300 kg, porém, o equipamento que trabalhamos da marca Carestream possui limite de peso para carga uniforme de 150 kg. Podemos seguir com a participação no certame sem riscos de desclassificação e/ou multas, uma vez que, nosso peso é aproximado, sendo assim, não interfere na operação, qualidade e desempenho do equipamento?

RESPOSTA ENG. CLÍNICA (ICESP):

Não serão aceitos equipamentos com limite de carga uniforme inferior a 300 kg.