

CIRCULAR 3

Questionamento

1. No escopo, há exigência de levantamento radiométrico para densitometria óssea. Porém nos anexos para contrato de serviço, é solicitado o controle de qualidade deste equipamento em substituição ao levantamento radiométrico.
R. Para o equipamento de Densitometria óssea somente é solicitado o Controle de qualidade anual do equipamento, como indicado no Anexo II do edital.

São Paulo, 12, Abril, 2019