

**CIRCULAR nº 01**  
**CANCELAMENTO DO PROCESSO DE COMPRA**

**COMPRA PRIVADA ICESP 639/2018**

**CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 5147/2018**

Dúvidas técnicas:

**Questionando 01:**

No item 5.1.i do edital fala-se em 12 meses de garantia e no memorial descritivo, são solicitados 2 anos. Gostaria que esclarecessem para que os fornecedores apresentem as mesmas condições.

i) Informar garantia dos produtos (mínimo 12 meses), quando houver;

**Resposta: Considerar garantia de 24 meses.**

**Questionando 02:**

“O edital solicita Ecocardiógrafo que deve ser fornecido com plataforma que permita o uso de tecnologia transtorácica 4D, porém, não foi solicitado transdutor setorial para aquisição de imagens tridimensionais. Devemos considera-lo?”

**Respostas: Não incluir o transdutor nesse momento, será uma aquisição futura.**

**Questionando 03:**

De acordo com os transdutores solicitados, podemos qualificar com o nosso equipamento xxxxxx, no entanto, a observação do memorial descritivo de “plataforma que permita uso de transdutor transtorácico 4D” indicaria uma plataforma superior. A instituição pretende adquirir o transdutor 4D transtorácico futuramente ou poderíamos atender com o equipamento supra-citado?

**Não incluir o transdutor nesse momento, será uma aquisição futura.**

São Paulo, 29 de outubro de 2018  
Fundação Faculdade de Medicina