

## **CIRCULAR Nº 03**

### **DESCCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA**

#### **COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 032/2016 CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 4510/2016**

Após avaliação técnica, a proposta da empresa ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA., CNPJ nº 02.887.124/0002-47, foi considerada desclassificada, por não atender tecnicamente ao memorial descritivo.

Motivo: o equipamento RadEye BR20-ER não possibilita o uso de uma sonda externa (tipo pancake) para monitoração de contaminação.

São Paulo, 21 de dezembro de 2016.

Fundação Faculdade de Medicina