

CIRCULAR nº 01

COMPRA PRIVADA ICESP 2014/2022

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 6846/2022

Questionamento Técnico

1º Questionamento:

O Edital solicita no item : 2.6. **Deve ser capaz de manter a temperatura selecionada estável e controlada com variação máxima de +-1,5°C**

Esta variação é dada as variáveis ambientais que interfere no controle da temperatura , e não são relevantes na garantia da manutenção da temperatura do paciente, e na tomada de decisão clínica, por essa razão solicitamos esclarecimento quanto possibilidade de participação e oferecer produto com variação entre a temperatura média de entrada na mangueira e a temperatura média de entrada na manta **de 2 ° Celsius**.

Resposta: A empresa participante deve ser capaz de manter a temperatura selecionada estável e controlada com variação máxima de +-1,5°C. Temos a necessidade de manter uma temperatura estável tanto nas salas cirúrgicas como no setor de RPA, assim sendo necessitamos de um equipamento bem estável e não superior ao solicitado.

O prazo para entrega das propostas, foi prorrogado até **26/08/2022 às 09H00** (Horário de Brasília).

São Paulo, 24 de Agosto de 2022
Fundação Faculdade de Medicina