

CIRCULAR n° 03

COMPRA PRIVADA ICESP 924/2019

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM RC N° 5465/2019

Questionamento Técnico

1 - Questionamento:

Prazo de entrega:

- ✓ No edital não consta o prazo, podemos considerar nosso prazo padrão da GE, 90 (noventa) dias?
- ✓ Qual é o prazo de instalação dos equipamentos? Podemos considerar o padrão da GE (10) dez dias?
- ✓ Qual é o prazo para o atendimento do Recebimento Definitivo?

Esclarecimento: Considerar o prazo de entrega de 90 dias, incluindo os 10 dias de instalação e recebimento definitivo em 31/12/2019.

2 - Questionamento:

Edital não possui Clausulas de Penalidades e Sanções Administrativas, solicito Termo de Contrato com esses pontos.

Esclarecimento: Não há clausulas de Penalidades e Sanções administrativas para esse processos.

3 - Questionamento:

Prazo para entrega dos documentos: Mesmo enviando no prazo via email é necessário também entregar o original neste prazo ate as 9hs do dia 18/09/2019?

Esclarecimento: O item 6.1 do Edital prevê o envio da documentação em apenas 1 dos critérios abaixo.

Prazo prorrogado para dia 24/09/2019 as 09/h00.

6.1. Os documentos de habilitação e proposta comercial, deverão ser entregues até o dia **18/09/2019 até as 09h00 (horário de Brasília)**. Obedecendo a um dos seguintes critérios:

a) Por meio eletrônico, em arquivo PDF, através do e-mail fernando.rampaso@icesp.org.br ou luciano.brovini@icesp.org.br; com as seguintes indicações:

ASSUNTO: CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC N° 5465/2019 – CP 924/19 – ARCO CIRÚRGICO;

b) Em envelope único e lacrado, com as seguintes indicações:

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Av. Dr. Arnaldo, 251, 6º andar - Cerqueira Cesar – A/C Departamento de Compras do ICESP.

SÃO PAULO – SP - CEP 01246-000

REF. ARCO CIRÚRGICO;

- CONFIDENCIAL
- CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC N° 5465/2019 – CP 924/19.
- RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

4 - Questionamento:

Características de Armazenamento 8.2. Gravador de CD e DVD **acrescentar ou gravação via USB**

8. Características de Armazenamento

8.2. Gravador de CD e DVD acrescentar ou gravação via USB

Esclarecimento: Será permitido o armazenamento através via USB conforme já contemplado no índice 8.3 do tópico Características de Armazenamento.

5 - Questionamento:

10 Interfaces Dicom 3.0

10.7 Dicom media export (Cd e DVD); Solicitamos Acrescentar USB

10.8 DICOM media Import (cd e Dvd); Solicitamos Acrescentar USB

Esclarecimento: Adequamos à especificação incluindo a possibilidade de USB no tópico interfaces DICOM 3.0.

6 - Questionamento:

- ✓ Também gostaríamos de pedir a melhoria das especificações tais como:
- ✓ Pede -se como características gerais item 2. uso nos procedimentos vasculares, o que de um modo geral se utiliza muito a aquisição cine pulsada de no mínimo 15 pps o que de fato não está presente e pode fazer falta para a equipe médica que utilizará o mesmo.
- ✓ Solicita no **item 4**. Gerador de Raio X, potencia de 12 kW, sabemos que todas empresas trabalham com geradores de 15 ou mais kW. Pedimos que o item seja revisto para gerador de no mínimo 15 kw afim de que todos concorrentes estejam em igualdade tecnológica e que o órgão possa ter a melhor tecnologia.

Esclarecimento: Indicamos o mínimo que deve ser entregue, qualquer entrega superior será aceita.

São Paulo, 20 de Setembro de 2019

Fundação Faculdade de Medicina